

Messkolben, Braunglas, Klasse A, BRAND Volumetric Flasks, Amber Glass, Class A



- ① **Messkolben, BLAUBRAND®, Klasse A, Braunglas, weiße Graduierung, mit PP-Stopfen**
DE-M gekennzeichnet, mit Chargennummer und beiliegendem Chargenzertifikat.
Boro 3.3, DIN EN ISO 1042. Justiert auf „In“. Ringmarke und Beschriftung in kontraststarker weißer Emailfarbe. Mit PP-Stopfen. Originalverpackungseinheit 2 Stück, inkl. einem Chargenzertifikat. Auf Anfrage auch mit Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierschein erhältlich

Volumen ml	Fehlergrenze ± ml	NS	Best.-Nr.	VE St./Pack
5 W	0,04	10/19	14 49 37450	2
10 W	0,04	10/19	14 49 37460	2
20	0,06	12/21	10 49 37412	2
20	0,04	10/19	14 49 37464	2
25	0,06	10/19	10 49 37413	2
25	0,04	10/19	14 49 37469	2
50	0,06	12/21	14 49 37475	2
50 W	0,10	14/23	14 49 37476	2
100	0,10	14/23	14 49 37480	2
200	0,15	14/23	14 49 37482	2
250	0,15	14/23	14 49 37486	2
500	0,25	19/26	14 49 37490	2
1000	0,4	24/29	14 49 37494	1

W = Weithals

- ② **Messkolben, BLAUBRAND®, Klasse A, Braunglas, weiße Graduierung, mit Glasstopfen**
DE-M gekennzeichnet, Boro 3.3, DIN EN ISO 1042. Justiert auf „In“. Ringmarke und Beschriftung in kontraststarker weißer Emailfarbe. Mit Glas-Stopfen.
Alle BLAUBRAND® Messkolben werden mit Chargennummer und einem beiliegenden Chargenzertifikat pro Originalverpackung geliefert. Auf Anfrage auch mit Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierschein erhältlich.

Volumen ml	Fehlergrenze ± ml	NS	Best.-Nr.	VE St./Pack
5 W	0,04	10/19	10 49 37438	2
10 W	0,04	10/19	10 49 37443	2
20	0,04	10/19	10 49 37446	2
25	0,04	10/19	10 49 37447	2
50	0,06	12/21	10 49 37448	2
50 W	0,08	14/23	10 49 37445	2
100	0,10	14/23	10 49 37449	2
200	0,15	14/23	10 49 37450	2
250	0,15	14/23	10 49 37451	2
500	0,25	19/26	10 49 37452	2
1000	0,4	24/29	10 49 37453	2

W = Weithals

